

 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé	Contrôle National de Qualité des analyses de biologie médicale – Hormones 16HOR1
	Michèle NOEL (ANSM) / Monique LEBAN(Paris)
Expédition - Clôture	16/11/2016 – 12/12/2016

Echantillons – IA84 et IA85

Nature des échantillons envoyés :


IA84 - Il s'agit de matrice sérique d'origine humaine éventuellement supplémentée pour obtenir la concentration demandée.

IA85 – pool sérique non supplémenté

Ensemble des résultats

TSH (mUI/L)

Échantillon IA84




Effectif.
878

Moyenne gén. Tr.
5,80*

CV Tr.
8,9%

* La dispersion des résultats d'une technique à une autre étant importante, la moyenne ci-dessus est donnée à titre indicatif.

Échantillon IA85



Effectif.
878


Moyenne gén. Tr.
1,37*

CV Tr.
11,5%

* La dispersion des résultats d'une technique à une autre étant importante, la moyenne ci-dessus est donnée à titre indicatif.

T4L (pmol/L)


Échantillon IA84



Effectif. 862 **Moyenne gén. Tr.** 7,1* **CV Tr.** 11,5%

* La dispersion des résultats d'une technique à une autre étant importante, la moyenne ci-dessus est donnée à titre indicatif.

Échantillon IA85



Effectif. 862 **Moyenne gén. Tr.** 14,4* **CV Tr.** 13,4%

* La dispersion des résultats d'une technique à une autre étant importante, la moyenne ci-dessus est donnée à titre indicatif.