

	Contrôle National de Qualité des analyses de biologie médicale – Typage lymphocytaire 16TYL1
	Anne GUYARD (ANSM) Guislaine CARCELAIN (Paris)
Expédition - Clôture	25/05/2016 - 20/06/2016

RESULTATS ATTENDUS

Echantillons	16TL1			16TL2		
	Effectif	Moyenne	CV %	Effectif	Moyenne	CV %
CD4+ CD3+ %	115	46,71	1,9	118	10,24	4,6
CD4+ CD3+ par mm ³	77	705,49	7,1	78	130,83	8,2
CD8+ CD3+ %	119	21,06	4,4	118	36,50	3,8
CD8+ CD3+ par mm ³	76	317,91	7,3	78	469,28	7,7
CD3+ %	117	70,99	1,3	117	54,53	1,5
CD3+ par mm ³	77	1081,94	7,8	77	705,9	6,9
CD19+ %	99	17,04	3,9	100	23,27	4,0
CD19+ par mm ³	62	260,21	8,2	62	295,95	4,9
CD3- (CD56+ et/ou CD16+) %	76	10,62	7,4	76	20,28	7,4
CD3- (CD56+ et/ou CD16+) % par mm ³	51	169,99	12,0	50	276,72	9,3
CD3-, CD56+ %	36	7,64	34,7	36	14,11	36,7
CD3-, CD56+ par mm ³	12	101,65	40,7	12	161,16	39,8