

 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé	Contrôle National de Qualité des analyses de biologie médicale - Biochimie 15BIO2
	Jean-Marc HATTCHOUËL (ANSM) Jacques de GRAEVE (Toulouse) / Alain PERARD (Lens)
Expédition - Clôture	18/11/2015 – 14/12/2015

RESULTATS ATTENDUS

Créatinine (µmol/L)					
Echantillon	Effectif	Médiane	Moyenne	CV	Limites acceptables
B22	1 061	62,0	61,5	6,3%	(52,9 – 70,1)
B23	1 060	181,2	180,9	4,2%	(166,4 – 195,4)

CRP (mg/L)*					
Echantillon	Effectif	Médiane	Moyenne	CV	Limites acceptables
B22	1 039	6,7	8,1	37,0%	/
B23	1 038	42,0	41,6	9,9%	/

Ferritine (µg/L)*					
Echantillon	Effectif	Médiane	Moyenne	CV	Limites acceptables
B22	991	16,0	15,4	16,5%	/
B23	990	88,0	91,2	20,6%	/

Folates sériques (nmol/L)*					
Echantillon	Effectif	Médiane	Moyenne	CV	Limites acceptables
B22	791	9,7	9,6	26,9%	/
B23	788	18,6	18,4	18,2%	/

Vitamine B12 (pmol/L)*					
Echantillon	Effectif	Médiane	Moyenne	CV	Limites acceptables
B22	801	141,0	137,9	17,5%	/
B23	802	305,0	302,5	9,0%	/

Procalcitonine (µg/L)*					
Echantillon	Effectif	Médiane	Moyenne	CV	Limites acceptables
P5	540	0,21	0,22	17,3%	/
P6	540	10,6	9,97	19,9	/

*Statistiques données à titre indicatif en raison de différences entre les techniques de dosage.