



Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé

Contrôle national de qualité des analyses de biologie médicale – Histocompatibilité

15HLA1

Direction des dispositifs médicaux de diagnostic et des plateaux techniques
Equipe produits des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Contrôle National de Qualité

Anne GUYARD (ANSM)
Chantal GAUTREAU (Paris) - Pascale LOISEAU (Paris)

Expédition - Clôture

10/06/2015 - 06/07/2015

consensus 75% et résultats attendus - typage HLA

15HLA1

biologie moléculaire

échantillon	typage ...	consensus 75% (*)		résultats attendus	
BML025	HLA - A	03	31	03:01	31:01
	HLA - B	35	44	35:03	44:04
	HLA - C	04	16	04:01	16:01
	HLA - DRB1	-	11	11:01 ou 11:97	-
	HLA - DRB3	-	02	02:02	
	HLA - DRB4	.	.	-	
	HLA - DRB5	.	.	-	
	HLA - DQA1	-	05	05:05 ou 05:09/11	-
	HLA - DQB1	-	03	03:01	-
	HLA - DPB1	-	04:01	04:01	-
BML026	HLA - A	02	68	02:01	68:01
	HLA - B	39	56	39:01	56:01
	HLA - C	01	12	01:02	12:03
	HLA - DRB1	-	16	16:01	-
	HLA - DRB3	.	.	-	
	HLA - DRB4	.	.	-	
	HLA - DRB5	-	02:02	02:02	
	HLA - DQA1	-	01	01:02 ou 01:08/09/11	
	HLA - DQB1	-	05	05:02	-
	HLA - DPB1	-	04:01	04:01	-

(*) : NC : non consensus
na : non applicable, effectif <3

15HLA1

biologie moléculaire

échantillon	typage ...	consensus 75% (*)		résultats attendus	
TYP235	HLA - A	03	30	03:01	30:01
	HLA - B	13	35	13:02	35:01 ou 35:42
	HLA - C	04	06	04:01	06:02 ou 06:83
	HLA - DRB1	04	11	04:08	11:01 ou 11:97
	HLA - DRB3	-	02	02:02	
	HLA - DRB4	-	01	01:03	
	HLA - DRB5	.	.	-	
	HLA - DQA1	03	05	03:02 ou 03:03	05:05 ou 05:09/11
	HLA - DQB1	-	03	03:01	-
	HLA - DPB1	04	04	04:01 ou 105:01	04:02 ou 126:01
TYP236	HLA - A	01	68	01:01	68:01
	HLA - B	35	57	35:03	57:01
	HLA - C	04	06	04:01	06:02 ou 06:83
	HLA - DRB1	13	15	13:01 ou 13:117	15:01
	HLA - DRB3	-	01	01:01	
	HLA - DRB4	.	.	-	
	HLA - DRB5	-	01:01	01:01	
	HLA - DQA1	01	01	01:02 ou 01:08/09/11	01:03 ou 01:10
	HLA - DQB1	05	06	06:03 ou 06:28	05:02 ou 05:05
	HLA - DPB1	03	09:01	03:01 ou 14:01/104:01	09:01 ou 88:01

(*) : NC : non consensus
na : non applicable, effectif <3

15HLA1

"sérologie"

échantillon	typage ...	consensus 75% (*)	
TYP235	HLA-A	3	30
	HLA-B	13	35
	HLA-DR	11	4
	HLA-DQ	-	7
TYP236	HLA-A	1	68
	HLA-B	35	57
	HLA-DR	13	15
	HLA-DQ	-	1

(*) : NC : non consensus
na : non applicable, effectif <3