

**Résultats de l'ensemble des laboratoires -
dépistage des anticorps anti-HLA et détermination des isotypes**

15HLA1

échantillon	techniques (1)			classe I (2)				classe II (2)				nb résultats
	LCT		CYT		I	G			II	G		
15S1	X		X		I	G			II	G		9
			X		I	G			II	G		16
échantillon	techniques (1)			classe I (2)				classe II (2)				nb résultats
	LCT		CYT		I	G			II	G		
15S2	X		X		I	G		N				7
	X		X		I	G			II	G		2
			X		I	G		N				12
			X		I	G			II	G		4
échantillon	techniques (1)			classe I (2)				classe II (2)				nb résultats
	LCT		CYT		I	G	M		II	G		
15S3	X		X		I	G	M		II	G		1
	X		X		I	G			II	G		6
	X		X	N					II	G		2
			X		I	G			II	G		14
			X	N					II	G		2
échantillon	techniques (1)			classe I (2)				classe II (2)				nb résultats
	LCT		CYT		I	G			II	G		
15S4	X		X	N				N				9
			X		I			N				2
			X	N				N				14

15HLA1

(1) : LCT : lymphocytotoxicité ; CYT : fluorimétrie sur billes ;
(2) : I : positif classe I ; II : positif classe II ; N : négatif (classe I ou classe II) ; G : IgG ; M : IgM ; NC : non consensus ; na : non applicable