

 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé	Contrôle National de Qualité des analyses de biologie médicale – Plombémie 16PLO1
	Jean-Marc HATTCHOUEL (ANSM) Olivier GUILLARD (Poitiers) / Alain PINEAU (Nantes)
Expédition - Clôture	10/02/2016 – 07/03/2016

RESULTATS ATTENDUS

Plomb (µg/L)			
Echantillon	Effectif	Moyenne	CV
PLO-16-01	27	13,6	22,1%

Plomb (µg/L)			
Echantillon	Effectif	Moyenne	CV
PLO-16-02	27	36,0	8,8%

Plomb (µg/L)			
Echantillon	Effectif	Moyenne	CV
PLO-16-03	27	67,8	9,5%

Plomb (µg/L)			
Echantillon	Effectif	Moyenne	CV
PLO-16-04	27	112,0	11,5%

Plomb (µg/L)			
Echantillon	Effectif	Moyenne	CV
PLO-16-05	27	225,0	12,8%