

15MTU1


Expédition - Clôture

Michèle NOEL (ANSM) /
Jean-Marc RIEDINGER (Dijon), Michèle D'HERBOMEZ (Lille)
25/11/2015 – 21/12/2015


RESULTATS ATTENDUS

AFP (kU/L)

Échantillon IA80



Échantillon IA81



Echantillons

Effectif(N)

Moyenne gén. Tr. *

CV Tr.

IA80

756

19,7 *

7,2%

IA81



758

5,7*

9,1%

* La dispersion des résultats d'une technique à une autre étant importante, la moyenne ci-dessus est donnée à titre indicatif.



CA15-3 (kU/l)



Echantillons	Effectif(N)	Moyenne gén. Tr. *	CV Tr.
IA80	757	24,9 *	6,1%
IA81	757	74,0 *	10,2%

* La dispersion des résultats d'une technique à une autre étant importante, la moyenne ci-dessus est donnée à titre indicatif.

CA19-9 (kU/L)




Echantillons	Effectif(N)	Moyenne gén. Tr. *	CV Tr.
IA80	751	23,8 *	18,0%
IA81	751	76,5 *	22,2%


* La dispersion des résultats d'une technique à une autre étant importante, la moyenne ci-dessus est donnée à titre indicatif.

CA125 (kU/l)

Échantillon IA80



Échantillon IA81




Echantillons	Effectif(N)	Moyenne gén. Tr. *	CV Tr.
IA80	724	22,5 *	16,0%
IA81	725	74,6 *	14,7%


* La dispersion des résultats d'une technique à une autre étant importante, la moyenne ci-dessus est donnée à titre indicatif.

Thyroglobuline (µg/l)

Échantillon IA82



Échantillon IA83



Echantillon	Effectif(N)	Moyenne gén. Tr. *	CV Tr.
IA82	122	15,5 *	15,1%
IA83	120	0,91 *	16,6%

* La dispersion des résultats d'une technique à une autre étant importante, la moyenne ci-dessus est donnée à titre indicatif.