

 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé	Contrôle National de Qualité des analyses de biologie médicale – Hormones 15HOR1
	Michèle NOEL (ANSM) / Monique LEBAN(Paris)
Expédition - Clôture	30/09/2015 – 26/10/2015


Echantillons – IA78 et IA79

Nature des échantillons envoyés : Il s'agit de matrice sérique d'origine humaine éventuellement supplémentée pour obtenir la concentration demandée.

Ensemble des résultats

Cortisol (nmol/L)


Échantillon IA78



Effectif. Moyenne gén. Tr. CV Tr.
770 299,7* 7,0%


* La dispersion des résultats d'une technique à une autre étant importante, la moyenne ci-dessus est donnée à titre indicatif.

Échantillon IA79



Effectif. Moyenne gén. Tr. CV Tr.
769 541,0* 7,0%

* La dispersion des résultats d'une technique à une autre étant importante, la moyenne ci-dessus est donnée à titre indicatif.



hCG (UI/L)		
Échantillon IA78 L'hCG contenue dans l'échantillon IA78 est sans doute en partie dégradée et plus ou moins bien reconnue par les trousses de dosage rendant impossible l'interprétation des résultats. Des études sont en cours afin d'éclaircir ce problème	Échantillon IA79 L'hCG contenue dans l'échantillon IA79 est sans doute en partie dégradée et plus ou moins bien reconnue par les trousses de dosage rendant impossible l'interprétation des résultats. Des études sont en cours afin d'éclaircir ce problème	
Effectif 995 Moyenne gén. Tr. NC* CV Tr. NC* * résultat non communiqué	Effectif 986 Moyenne gén. Tr. NC* CV Tr. NC* * résultat non communiqué	